



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 50.99.02.000.М.000611.03.23 от 31.03.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению.

ООО "Эгида-Ф"; Московская область, городской округ Егорьевск, город Егорьевск, 5 микрорайон, дом №10, помещение 4. (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Эгида-Ф"; Московская область, г. Егорьевск, мкр. 5-й, д. 10, помещ. 4. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009). СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)". СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований". СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ООО "Радэк" № 0489/23 от 24.03.2023г. Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения недействительно.



Заключение действительно до 31.03.2028 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3535137



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 50.99.02.000.M.000611.03.23 ОТ 31.03.2023 г.

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения, ООО "Эгида-Ф"; Московская область, городской округ Егорьевск, город Егорьевск, 5 микрорайон, дом №10, помещение 4.

Работы с устройствами, генерирующими ионизирующее излучение, по проведению рентгенологических исследований.

Место проведения работ, состав помещений, вид и характеристика ИИИ, вид и характер работ, номинальный электрический режим:

Стоматологический кабинет №б/н на одно стоматологическое кресло размещается на 1-м этаже многоэтажного жилого здания, процедурная - 14,6 кв.м.:

- аппарат рентгеновский стоматологический диагностический "CS 2100" зав.№FIXO021, год выпуска - 2017, год монтажа - 2018, производства Carestream Dental LLC (США); рентгенологические диагностические исследования; максимальное анодное напряжение 70 кВ, 40 (мА\*мин)/нед.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№0078044